# İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
# İSTANBUL HASTANESİ
# GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
# HASTABAŞI MONİTÖR CİHAZI
# ONARIM HİZMETİ
# TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

2. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz / ürün / sistem spesifikasyonlarının İ.Ü. İstanbul Hastanesi Biyomedikal Birimi Teknik Elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.

| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ<br>İSTANBUL HASTANESİ<br>BİYOMEDİKAL BİRİMİ | **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ<br>İSTANBUL HASTANESİ<br>GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI<br>HASTABAŞI MONİTÖR CİHAZI<br>ONARIM HİZMETİ<br>TEKNİK ŞARTNAMESİ** | **Tarih<br>Sayfa** | **07/09/2026<br>1 / 2** |
|---|---|---|---|

| Sıra No | Yapılacak işlem | Adet | Cihaz/Ürün/ Sistem Adı | Demirbaş No | Konum | Cihaz Marka, Model ve Seri Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokunmatik Panel Onarımı | 1 | Hastabaşı Monitör | 253.3.5/21/107394 | Acil Cerrahi Resüsitasyon Odası | Edan X12 261594-M21313950105 |
| 2 | Döner Kontrol Düğmesi Onarımı | 1 | | | | |

## 1. ONARIM HİZMETİ

**1.1** Kullanılan parçalar yeni ve kullanılmamış parça olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.
**1.2** Onarım hizmetinin garanti süresi 1 (bir) yıldır. Bu süre içerisinde benzer bir arızanın tekrar yaşanması halinde yüklenici tarafından ücretsiz olarak onarım hizmeti gerçekleştirilmek zorundadır.
**1.3** Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
**1.4** Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var olan işlevlerin iptali veya oluşan yeni bir arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur. Bu durumlarda her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.
**1.5** Servis hizmeti sonunda, cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.
**1.6** Yukarıdaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda Biyomedikal Bölümü teknik elemanlarının gözetiminde yapılır.

Cihaz/ürün/sistemin onarımını yapan yüklenici firmanın 4 nüshalı "Servis Formu" ile Biyomedikal Birimi "Teknik Servis Kontrol Formu" birlikte düzenlenir ve bu formların birer nüshası cihaz/ürün/sistemin bulunduğu ilgili birimde, birer nüshası Biyomedikal Birimi'nde, birer nüshası ise yüklenicide kalır, diğer nüshalar fatura ile birlikte Anabilim dalı sekreterliğine verilir.

Nüshalarda yüklenici firma kaşesi, cihaz/ürün/sistemin bulunduğu ilgili birim yetkilisinin, Biyomedikal Birimi teknik elemanının ve yüklenici firma servis elemanının imzaları olmalıdır.

| ONAY<br>(Kaşe/İmza) | ONAY<br>(Kaşe/İmza) | ONAY<br>(Kaşe/İmza) |
|---|---|---|
| İstanbul Tıp Fakültesi<br>Doç. Dr. A. Fuat Kaan GÖK<br>Dip. Tes. No: 05945 / 70702<br>Genel Cerrahi A.D. | İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi<br>Prof. Dr. Hakan Teoman YANAR<br>Genel Cerrahi A.B.D.<br>Dip. No: 22385 / 25853 | İstanbul Tıp Fakültesi<br>Prof. Dr. Mehmet İLHAN<br>Dip. Tes. No: 1274 / 84186<br>Genel Cerrahi |

Bu rapor formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin tamamlandığı, işe başlama ve bitirme saatleri ile birlikte belirtilir.

## 2.TEKNİK ÖZELLİKLER

**2.1.** Yapılan onarım sonucunda cihaz sorunsuz çalışmalı ve herhangi bir probleme rastlanmamalıdır.

| KONTROL<br>(Adı/Soyadı/İmza) | ONAY (BK)<br>(Kaşe/İmza) |
|---|---|
| Mustafa GÖRGÜLÜ<br>Biyomedikal Teknikeri<br>İstanbul Tıp Fakültesi | Abdulkadir ER<br>Biyomedikal Sorumlusu |

| ONAY<br>(Kaşe/İmza) | ONAY<br>(Kaşe/İmza) | ONAY<br>(Kaşe/İmza) |
|---|---|---|
| İstanbul Tıp Fakültesi<br>Doç. Dr. Ali Fuat Kaan GÖK<br>Dip. Tes. No:105845 / 70702<br>Genel Cerrahi A.D. | İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi<br>Prof. Dr. Haluk Teoman YANAR<br>Genel Cerrahi A.B.D.<br>Dip. No: 22385 / 25853 | İstanbul Tıp Fakültesi<br>Prof. Dr. Mehmet İLHAN<br>Dip. Tes. No: 74 / 84186<br>Genel Cerrahi |

T. C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
**İstanbul Hastanesi**
**Biyomedikal Birimi**

# BAKIM ONARIM ve YEDEK PARÇA İSTEMİ GEREKÇELİ RAPOR FORMU

| | |
|---|---|
| Anabilim Dalı / Bilimdalı | Genel Cerrahi / Acil Cerrahi Resüsitasyon Odası |
| Cihazın Adı | Hastabaşı Monitör |
| Cihazın Marka, Model, Seri No | Edan / X12 / 261594-M21313950105 |
| Cihazın Demirbaş Numarası | 253.3.5/21/107394 |
| Cihazın Alındığı Tarih veya Yaşı | 2021 |
| Cihazın Alım Şekli | ihale |
| Cihazın Güncel Fiyatı | 80.000 |
| Cihazın Kullanıcı Sayısı | Birim Personelleri |
| Bölüm / Hastanede Cihaz Sayısı | 2 |
| **Cihazın Arıza Geçmişi** | Kayıtlı arıza geçmişi bulunamamıştır. |
| **Cihazın Arıza Nedeni** | Yapılan incelemede cihazın dokunmatik panelinin ve döner kontrol düğmesinin kırık olduğu tespit edilmiştir. |

**Hazırlayan**

**Adı / Soyadı :** Mustafa GÖRGÜLÜ
Biyomedikal Teknikeri
İstanbul Tıp Fakültesi

**İmza :**

**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**
**İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ**
**BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ**

# TEKNİK SERVİS RAPORU

**No:** **Tarih: 07/09/2026**

| BÖLÜM BİLGİLERİ | | CİHAZ BİLGİLERİ | |
|---|---|---|---|
| | | Cihaz İsmi | : Hastabaşı Monitör |
| Fakülte / Enst. | : İ.T.F | Markası | : Edan |
| Ana B.Dalı / Bilim Dalı | : Genel Cerrahi | Modeli | : X12 |
| Birim | : Acil Cerrahi Resüsitasyon Odası | Seri No | : 261594-M21313950105 |
| İlgili Kişi | : | BMed No | : |
| Dahili Tel. | : | Garanti Durumu | : |
| | | Demirbaş No | : 253.3.5/21/107394 |

| | Cihaz Temini | x | Onarım/~~Parça Değişimi~~ | | Periyodik Bakım |
|---|---|---|---|---|---|

**Bildirilen Arıza:** .....
**Başlama Tarihi / Saat:** ..... **Bitirme Tarihi / Saat:** ..... **Toplam süre:** .....

**Yapılan/Yapılacak İşlem:**

Yapılan incelemede cihazın dokunmatik panelinin ve döner kontrol düğmesinin kırık olduğu tespit edilmiştir.

**Değiştirilecek / Değiştirilen Parçalar**

| Adet | Parça | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Dokunmatik Panel Onarımı | 705102/371-5281-5865 |
| 1 | Döner Kontrol Düğmesi Onarımı | 11 11 11 10625 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| İlgili Birim Yetkilisi (Adı/Soyadı/İmza): | Firma Adı: Firma Yetkilisi (Adı/Soyadı/İmza): | Biyomedikal Bölümü Personeli (Adı/Soyadı/İmza): | Biyomedikal Bölümü Sorumlusu (Adı/Soyadı/İmza): |
|---|---|---|---|
| | | Mustafa GÖRGÜLÜ Biyomedikal Teknikeri İstanbul Tıp Fakültesi | Abdülkadir ER Biyomedikal Sorumlusu |