4398279

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	**'RİJİT' Endoskop Dezenfektanı**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Ürün sıvı formda ve konsantre olmalıdır. Çeşme suyu ile sulandırılabilmelidir 2-Solüsyon hazırlandıktan sonra etkinliğini en az 7 gün korumalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1-Deznefektan solüsyon bakteriler mantarlar ve virüsler (Hepatit b. Hepatit C, HIV dahil) üzerinde en fazla 10 dakikada öldürücü etkiye sahip olmalıdır. Bu etkinliğin ulusal veya uluslararası akredite kurumlarda yapılmış mikrobiyolojik çalışması yapılmış olup etkinlik raporları ihale dosyasında bulundurulmalıdır. 2- Ürünün aktivitesi test stripler (MEK) kullanılarak test edilmelidir. İhale kazanan firma dezenfektan ile birlikte kontrollere yetecek kadar (kullanıma hazır üründe her 5 litreye 5 adet) test stripini renk skalası bulunan orijinal kutularıyla sağlamalıdır. 3- Ürün aldehit, fenol ve amonyum bileşenleri içermemelidir. Bileşiminde (%1-10) parasetik asit ve hidrojen peroksit kombinasyonu korozyon önleyici stabilizatör bulunmalıdır 4- Fakültemizin demirbaşına kayıtlı storz, olympus ve wolf marka rijit endoskopların ürün ile yüksek düzey dezenfeksiyonunda materyal uyumluluk çalışması belgesi ihale dosyasında olmalıdır. Paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama renk değişikliği vb. zedelenmelere neden olmamalıdır. Dezenfektanın teknik servis raporu ile belgelenen herhangi bir hasara sebebiyet vermesi durumunda firma zararı karşılamalıdır 5-Ürünün Ph değeri 2-4 arasında olmalıdır 6- Ürün normal oda ısısında saklanabilmelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Havalandırması mevcut olan serin bir yerde depolanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Ürün rijit endoskopik cihazların yüksek düzey dezenfeksiyonunda kullanılabilmelidir. Sunulan ürün üzerinden mutlaka endoskop dezenfektan ibaresi bulunmalıdır 2-Ürün manuel dezenfeksiyon ve otomatize endoskop dezenfeksiyon cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1-Solüsyon raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine 3 ay kalmış ürünler firma tarafından uzun miatli ürünlerle ücretsiz olarak değiştirilmelidir.

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Öner SANLI
Dip. Tescil No: 83857
Üroloji Uzmanı

İMZA-KAŞE
Doç. Dr. Muhammet İrfan DONMEZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Üroloji-Çocuk Ürolojisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 137576

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. Tzevat TEFİK
Dip. Tes. No: 702510
T.C. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Çapa - İstanbul

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-Ambalajlar orijinal kilitli kapaklı olup, üzerinde Türkçe olarak ürünün kullanımı yan ve toksik etkilerine ilişkin uyarılar üretim ve son kullanma tarihi seri numarası olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1- Ürün sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibariyle en geç 15 takvim günü içinde ürünü teslim etmek zorundadır. 2- Malzemelerin yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına ve Birim Deposuna getirilmesi ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim edilmesi zorunludur.
ZORUNLU ÖZELLİKLERİ	1-İstekliler fiyat tekliflerini ürünün üreticisi tarafından tavsiye edilen en düşük sulandırma oranında sulandırılmış litre fiyatı olarak vermelidir. 2-Ürün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) veya Ürün TAKİP Sistemi (ÜTS) kaydı olmalı ve belgesi sunulmalıdır. 3-Ürüne ait Ürün Güvenlik Veri Formalrı İhale dosyasında olmalıdır. 4-Ürün için istenen belgelerin hepsi orijinal ve Türkçe olmalıdır. 5- İhale kazana firma ihtiyaç durumunda ürün kullanımı ile ilgili olarak eğitim verebilmeli ve gerekli dokümanları sağlamalıdır. 6- Ürün orijinal kataloğu ihale dosyasında olmalıdır. 7- İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 adet orijinal numuneyi ihale evraklarıyla birlikte ihale komisyonuna sunmalıdır. 8- Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 9- İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır. 10- Yüklenici firma ürünü kullanım sonrası nötralize etmek için gerekli nötralizan maddeyi vermelidir. Ürünün nötralize edilmesi gerekmiyorsa firma bunu belgelemelidir.

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Öner ŞANLI
Dip. Tescil No: 93857
Üroloji Uzmanı

İMZA-KAŞE
Doç. Dr. Muhammet İrfan DÖNMEZ
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Üroloji-Çocuk Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 137576

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. Tzevat TEFİK
Dip. Tes. No: 702510
T.C. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Çapa - İstanbul