	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	**KN1027 ELMAS TOPUZ UÇLAR DÜZ 4.0MM** **KN1027 ELMAS TOPUZ UÇLAR DÜZ 5.0MM** **KN1026 KESİCİ TOPUZ UÇLAR DÜZ 4 MM** **KN1026 KESİCİ TOPUZ UÇLAR DÜZ 5 MM** **KN1025 KRANİOTOMİ KESİCİ UÇ 2.3 MM** **KN1026 KESİCİ TOPUZ UÇLAR DÜZ 11 MM**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Yüksek devirli uçlar kemik üzerinde çalışmaya uygun yapıda olmalıdır ve kırılmamalıdır. 2. Uçlar 75.000 devir/dk hızda çalışmalıdır. 3. Uçların topuz, elmas, kesici, silindirik, kibritbaşı, oval vs. pek çok çeşitleri olmalıdır. 4. Mevcut kullanılan ataçman ile kullanılabilmelidir. 5. Tur ucunun şaft kısmı incedir, bu sayede görüş alanını daraltmamaktadır. 6. Uç çeşitleri (elmas,çelik) klinik tarafından belirlenecektir
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalıdır. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 10 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. Altay SEÇER
Dip Tesc. No: 67710
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroşirürji A.B.D.

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. [illegible]
Beyin ve [illegible]
Tescil No: 72710-109772
İ.T.F. Nöroşirürji A.B.D.

İMZA-KAŞE
Uzm. Dr. [illegible] BURAK
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Diploma Tescil No: 160689
Uzmanlık Dip. Tes. No:136405
İ.T.F. Nöroşirürji A.B.D.

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az …1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir. 5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasına sunmalıdır.

İMZA-KAŞE
Prof .Dr. Alpay SENCER
Dip Tesc No 67710
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroşirürji A.B.D.

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. [illegible] Ayrıdeveli
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Tescil No: 72710-109772
İ.Ü.T.F. Nöroşirürji A.B.D.

İMZA-KAŞE
Uzm. Dr. [illegible]ygu DÖLEN BURAK
[illegible] Sinir Cerrahisi Uzmanı
Tescil No: 169689
Dip. Tes. No: 109405
İ.Ü.T.F. Nöroşirürji A.B.D.