



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
KALP VE DAMAR CERRAHİ
ANABİLİMDALI
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



ADI	VARİS TELİ SETİ
TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Set toplam dokuz parça olmalıdır.2. Setin saklama metal çantası olmalıdır.3. Setteki Flexible kablo 900 mm uzunluğunda olmalıdır.4. Sette Flexible otoklavlanabilir plastik ve çapı 3 mm'lik metal olmak üzere iki adet probe olmalıdır.5. Sette çapları 6,9,12 ve 15 mm olan toplam 4 boy kurşun başlık olmalı ve her boydan birer adet yedek bulunmalıdır.6. Sette flexible kabloyu yönlendirmek için metal el tutamaç olmalıdır.7. Sette bulunan tüm parçalar 134 derece buhar otoklavda steril edilebilmelidir.8. Bir probe hariç tüm ürünler paslanmaz çelik olmalıdır.9. Setteki parçaların yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
GENEL HUSUSLAR	<ol style="list-style-type: none">1. Yüklenici belirtilen maddelerin her birini kabul ettiğine ve şartlara uyacağına dair yazılı olarak genel taahhüt verecektir.
KABUL/MUAYENE VE TESLİMAT ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Yüklenici, ekipmanları kurum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Ürünün nakliye sırasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.2. Yüklenici, ürünü kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.3. Teklif edilen ürünlerin üzerinde markası, katalog kod numarası, lot numaraları ve CE işareti ile ürünün özelliğine bağlı olarak lock, unlock, ok işareti, malleable, radiolucent gibi yönlendirici ve belirleyici işaretler silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Teklif edilen ürünün katalog numarası, ölçüleri ve katalog resmi birbirini tutmalıdır.4. Ürün parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış ekipmanlar teslim alınmaz.5. İhaleye katılan isteklilerden ilgili hekimin talebi ile, kurumun belirleyeceği tarihte ameliyatlı ya da ameliyatsız demo talep edilecek olup, demo yapmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Uygunluk alan firmalar, uygunluk belgelerini ihale dosyası içinde bulunduracaktır.
TEKNİK SERVİS GARANTİ VE YEDEK PARÇA	<ol style="list-style-type: none">1. Yedek parça temini garantisi 10 (on) yıl ile en az 2 (iki) yıl kullanım hataları dışında çıkabilecek arızalara karşı garantisi olmalıdır.
EĞİTİM	<ol style="list-style-type: none">1. Yüklenici, ürünün tüm fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde kullanacak şekilde personeli ücretsiz eğitmekle yükümlüdür.

Prof. Dr. İbrahim ALPAGUT
Kalp ve Damar Cerrahisi ABD.
Eğitimci No: 99146008
Uz. İsp. No: 97650
Tic. Sic. No: 41095117

Prof. Dr. Özgür Selek GÖKSEL
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. No. Ci: 407 Dip. No: 95316
Uz. İsp. No: 64823

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim ALPAGUT
Dip. Tescil No: 31247
Kalp ve Damar Cerr.
Anabilim Dalı Başkanı
İMZA-KAŞE
Prof. Dr. İbrahim ALPAGUT
Kalp ve Damar Cerr.
Anabilim Dalı Başkanı