	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	**SUT KODU: (GR1013 -KR1099 – KV1257)** **KATETER BALON ANJİYOPLASTİ 0,018" MONORAİL**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. 2-7MM ARASI ÇAPLARA SAHİP OLMALIDIR. 2. 15-20MM ARASI UZUNLUKLARA SAHİP OLMALIDIR. 3. PATLAMA BASINCI (RBP) MİNİMUM 15 BAR OLMALIDIR. 4. MAKSİMUM 7F GUİDİNG KATETER'DEN ÇALIŞABİLİR OLMALIDIR. 5. DİSTAL ŞAFT DIŞ ÇAPI MAKSİMUM 3.5F OLMALIDIR. 6. ŞAFT UZUNLUĞU 153 CM OLMALIDIR. 7. BALONUN ÜZERİNDE BELİRTEÇ (MARKER) MEVCUT OLMALIDIR.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	SERİN VE KURU YERDE MUHAFAZA EDİLMELİDİR.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	SON KULLANMA TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ORJİNAL ULUSAL BİLGİ BANKASI KODU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELİRTİLMELİ, SAKLAMA KOŞULLARI OLMALIDIR. 2. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLMELİDİR. AMBALAJLAR ÜZERİNDE STERİLİZASYON TARİHİ, SON KULLANMA TARİHİ, LOT VE REFERANS NUMARASI BULUNMALIDIR. 3. MALZEME ÜZERİNDE TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI BULUNMALIDIR. 4. MALZEMELERİN ORJİNAL AMBALAJINDAKİ BİLGİLER YÜRÜRLÜKTEKİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ)KOŞULLARINA UYMALI VE TÜRKÇE OLMALIDIR.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. TEKLİF EDİLEN MALZEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ, ULUSAL BİLGİ BANKASI KODUNA AİT ULUSAL BİLGİ BANKASINDAN ALINMIŞ KODA SAHİP OLMALIDIR. 2. İSTEKLİLER, İHALE KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE **EN AZ ...1.. ADET** NUMUNEYİ İHALE ESNASINDA KOMİSYONA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNELER, İHALEDEKİ KALEM SIRASI VE ADI BELİRTİLMEK ÜZERE ÜZERİNE ETİKET YAPIŞTIRILARAK DİZİ PUSULASINA BAĞLANARAK İHALE ESNASINDA SUNULACAKTIR.

İMZA-KAŞE
Prof.Dr.N.Sema SENCER
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D
Dip.No:21722/25190

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Mehmet BARBUROĞLU
Dip.Tescil No:148226
Radyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi M.Semih ÇAKIR
Dip.Tescil No: 142354

	T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

	3. YÜKLENİCİ FİRMA; AMBALAJI AÇILDIĞINDA, KULLANIMA UYGUN OLMAYAN, HATALI, BOZUK OLDUĞU TESPİT EDİLEN ÜRÜNÜ YENİLERİ İLE ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRECEKTİR. 4. FİRMA MİADININ DOLMASINA 4(DÖRT)AY KALA KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE TAAHHÜT ETMELİDİR. 5. İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ TEDARİKÇİ FİRMA (ÜRETİCİ/İTHALATÇI) İSE KENDİSİNE AİT, BAYİ İSE TEDARİKÇİ FİRMA VE BAYİSİ OLARAK TANIMLADIĞINI GÖSTERİR TİTUBB KAYITLARINI (T.C SAĞLIK BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGELERİ),TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT TİTUBB KAYITLARI VE İHALE DOSYASINDA ALIMI YAPILMAK İSTENEN ÜRÜNLERİN SUT KODLARI İLE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SUT KODLARININ EŞLEŞMİŞ OLDUĞUNA DAİR BEYANI İHALE DOSYASINA SUNMALIDIR.

İMZA-KAŞE
Prof.Dr.N.Serra SENCER
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D
Dip.No:21722/25190

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Mehmet BARBUROĞLU
Dip.Tescil No:148226
Radyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi M.Semih ÇAKIR
Dip.Tescil No: 142354

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	**SUT KODU: OR4146** **SİYANOAKRİLAT İÇEREN DOKU YAPIŞTIRICILARI** (CERRAHİ ALANLAR / ENDOVASKÜLER KULLANIM İÇİN)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. ÜRÜN KISA VE KÜÇÜK SEGMENT VASKÜLER PAKE, GİS KANAMA, EMBOLİZASYON TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLMALIDIR. 2. ÜRÜN SİYANOAKRİLAT İÇERMELİDİR. 3. ÜRÜN EN AZ 0,5 ML/GR EBADINDA OLMALIDIR. 4. ÜRÜNÜN CERRAHİ ALAN VE/VEYA ENDOVASKÜLER KULLANIM İÇİN TÜRLERİOLMALIDIR. 5. ÜRÜNÜN ENDAVASKÜLER KULLANIM İÇİN OLAN TÜRLERİ GİS KANAMALARI SIRASINDA DAMAR İÇİNE KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR. 6. ÜRÜN İSTENİLEN DOKUDA KULLANIMI İÇİN YARDIMCI ARAÇLAR BULUNDURMALIVEYA HARİCİ OLARAK KULLANILABİLMELİDİR. 7. ÜRÜN EMBOLİZAN İŞLEM SONRASINDA ELASTİK KALMALIDIR VE KARBONİZASYONAYOL AÇMAMALIDIR. 8. ÜRÜN EMBOLİZAN TIKACIN FORMÜLÜNDEKİ BİLEŞENLER SAYESİNDE %5 DEKSTROZİLE KARIŞTIRILDIĞINDA, YAPIŞTIRMA ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEYİP, UYGULAMAESNASINDA HEMEN DONMASINI ENGELLEYEBİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR. 9. ÜRÜN SOĞUK ZİNCİR GEREKTİRMEMELİDİR.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	SERİN VE KURU YERDE MUHAFAZA EDİLMELİDİR.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	SON KULLANMA TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ORJİNAL ULUSAL BİLGİ BANKASI KODU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELİRTİLMELİ, SAKLAMA KOŞULLARI OLMALIDIR. 2. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLMELİDİR. AMBALAJLAR ÜZERİNDE STERİLİZASYON TARİHİ, SON KULLANMA TARİHİ, LOT VE REFERANS NUMARASI BULUNMALIDIR. 3. MALZEME ÜZERİNDE TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI BULUNMALIDIR. 4. MALZEMELERİN ORJİNAL AMBALAJINDAKİ BİLGİLER YÜRÜRLÜKTEKİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ)KOŞULLARINA UYMALI VE TÜRKÇE OLMALIDIR.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	

İMZA-KAŞE
Prof.Dr.N.Sorra SENCER
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D
Dip.No:21722725190

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Mehmet BARBUROĞLU
Dip.Tescil No:148226
Radyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi M.Semih ÇAKIR
Dip.Tescil No: 142354

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

TESLİMAT ŞEKLİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. TEKLİF EDİLEN MALZEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ, ULUSAL BİLGİ BANKASI KODUNA AİT ULUSAL BİLGİ BANKASINDAN ALINMIŞ KODA SAHİP OLMALIDIR. 2. İSTEKLİLER, İHALE KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE **EN AZ ...1.. ADET** NUMUNEYİ İHALE ESNASINDA KOMİSYONA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNELER, İHALEDEKİ KALEM SIRASI VE ADI BELİRTİLMEK ÜZERE ÜZERİNE ETİKET YAPIŞTIRILARAK DİZİ PUSULASINA BAĞLANARAK İHALE ESNASINDA SUNULACAKTIR. 3. YÜKLENİCİ FİRMA; AMBALAJI AÇILDIĞINDA, KULLANIMA UYGUN OLMAYAN, HATALI, BOZUK OLDUĞU TESPİT EDİLEN ÜRÜNÜ YENİLERİ İLE ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRECEKTİR. 4. FİRMA MİADININ DOLMASINA 4(DÖRT)AY KALA KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE TAAHHÜT ETMELİDİR. 5. İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ TEDARİKÇİ FİRMA (ÜRETİCİ/İTHALATÇI) İSE KENDİSİNE AİT, BAYİ İSE TEDARİKÇİ FİRMA VE BAYİSİ OLARAK TANIMLADIĞINI GÖSTERİR TİTUBB KAYITLARINI (T.C SAĞLIK BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGELERİ),TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT TİTUBB KAYITLARI VE İHALE DOSYASINDA ALIMI YAPILMAK İSTENEN ÜRÜNLERİN SUT KODLARI İLE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SUT KODLARININ EŞLEŞMİŞ OLDUĞUNA DAİR BEYANI İHALE DOSYASINA SUNMALIDIR.

İMZA-KAŞE

Prof.Dr.Nil Semra SENCER
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D
Dip.No:21722/25190

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Mehmet KARBUROĞLU
Dip.Tescil No:148226
Radyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi M.Semih ÇAKIR
Dip.Tescil No: 142354