T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	SUT KODU : (GS1810) TRİDENT FNB ENDOSONOGRAFİK ASPİRASYON BİYOPSİ İĞNESİ 22 G
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. **EUS Uyumlu:** Endoskopik ultrason (EUS) ile biyopsi yapmaya uygun olmalıdır. 2. **Alternatif Kullanım:** FNA'nın yetersiz kaldığı durumlarda kullanılabilir olmalıdır. 3. **Dayanıklı Malzeme:** İğne, esnek ve dayanıklı **kobalt krom** malzemeden yapılmalıdır. 4. **Üçlü Uç Yapısı:** Kaliteli doku örneklemesi için çok bıçaklı üçlü uca sahip olmalıdır. 5. **Ergonomik Kullanım:** Tek elle kullanılabilen, iğne derinliği ve kılıf ayarı yapılabilen düğmeli handle olmalıdır. 6. **Gelişmiş İğne Teknolojisi:** Lazer kesimli, V çentikli ve delikli iğne tasarımı bulunmalıdır. 7. **Cihaz Uyumu:** Tüm EUS endoskopi cihazlarıyla uyumlu olmalıdır. 8. **Ayarlanabilir Uzunluk:** İğne uzunluğu ayarlanabilir olup, toplam uzunluk 1375–1415 mm arasında olmalıdır. 9. **Çeşitli Kalınlıklar:** 19G, 22G ve 25G kalınlık seçenekleri olmalıdır. 10. **İğne Uzunluğu:** 80 mm uzunluğunda ve ayarlanabilir iğneye sahip olmalıdır. 11. **Kateter Ölçüsü:** Kateter dış çapı 1.8 mm olup, 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır. 12. **Kılıf-İğne Uyum:** Kılıf ile iğne arasında boşluk olmamalıdır. 13. **Vakum Şırınga:** Set içinde 20 ml'lik, kilitlenebilir vakumlu şırınga bulunmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih

İMZA-KAŞE

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları A.B.D.
Gastroenteroloji B.D.
Uzm. Dr. Sabuhi MAMMADOV
Dip. Tes. No: 105746-604643

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji BD
Uzm. Dr. Mehmet Akif Yağlı
Dip. Tes. No: 150796

İMZA-KAŞE

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B.D
Doç. Dr. Bülent ÇAVUŞ
Dip. Tes. No: 117381/86730/123288

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

	itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir. 5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır. 6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglik.gov.tr/ adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Gastroenteroloji B.D.
Uzm. Dr. [illegible] İMADOV
Dip. Tes. No: 106746804643
İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Gastroenteroloji ABD
Uzm. Dr. Mehmet Akif Yağlı
Dip. Tes. No: 151796
İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Patoloji B.D.
Doç. Dr. Bilgür ÇAVUŞ
Dip. Tes. No: 117871 6730/123288
İMZA-KAŞE