	T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	**SUT KODU:(OR2380) LOKALİZASYON İĞNESİ BİYOPSİ SİSTEMİ MEME 20 G 100 MM**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1- Memedeki tümör ya da mikrokalsifikasyon kümesinin yerini işaretleme işlemine uygun olmalıdır. 2- 20G kalınlığında 100 mm uzunluğunda bir kanülden ve bunun içinde geçebilen ucu kancalı bir telden oluşmalıdır. 3- İğne üzerinde santimetre işaretleri olmalı ve kayabilen derinlik ayarlayıcısı bulunmalıdır. 4- Kalınlıklarına göre renk seçenekleri olmalıdır. 5- Kanülün dış yüzeyi pürüzsüz olmalı ve işaretlenecek bölgeye ulaşırken cilt ve cilt altı dokuları zedelememelidir. 6- Dayanıklı çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır. Bu özelliği sayesinde girişim esnasında yeterli desteği sağlamalıdır (eğilmemelidir). 7- Dış kanül uç kısmı ultrason altında görülebilmesi için yeterince ekojenik olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1.Cerrahi Girişimlerde Kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalıdır. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 10 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE
Prof.Dr. Şükrü Mehmet Ertürk
İ.Ü. Tıp Fakültesi Radyoloji ABD

İMZA-KAŞE
Dr. Öğr. Üyesi Rana Günöz CÖMERT
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.
Dip. Tesc. No:146158

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Cela Caner ERCAN
Dip.Tes.No: 185522

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir. 5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasına sunmalıdır.

Prof.Dr. Şükrü Mehmet Ertürk
İ.Ü.Tıp Fakültesi Radyoloji ABD
Dip.Tes.No: 71921

İMZA-KAŞE

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Günöz CÖMERT
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.
Dip. Tesc. No.146158

İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Celal Caner ERCAN
Dip.Tes.No: 185522

İMZA-KAŞE