| | | |
|---|---|---|
| | **T.C.**<br>**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**<br><br>**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU** | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐<br>CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐<br>DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐<br>KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐<br>ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ |

| | |
|---|---|
| **MALZEMENİN ADI** | BRONŞ DİLATASYON BALONLARI **SUT KODU: (**GHC1850) |
| **FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ** | 1. Kateter uç kısmında 10,15,20,30 mm uzunluğunda 4 değişik lateks içermeyen balon bulunmalıdır.<br>2. Ürün için kateter uzunluğu 130 cm olmalıdır.<br>3. Kateter 1.8 mm dış çapında olmalıdır. |
| **KİMYASAL ÖZELLİKLERİ** | |
| **DEPOLAMA ŞARTLARI** | 1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir. |
| **KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ** | 1. Tümor dokusunun; kateter balonun üzerindeki örgünün kaymazlık etkisi ile destrüksüyonu ve dilatasyonunu sağlamalıdır. |
| **ÜRETİM TARİHİ VE MİADI** | 1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. |
| **AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI** | 1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalıdır.<br>2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır.<br>3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.<br>4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır. |
| **TIBBİ ÖZELLİKLERİ** | |
| **TESLİMAT ŞEKLİ** | 1. Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 10 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır. |
| **ZORUNLU ÖZELLİKLER** | 1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.<br>2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.<br>3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.<br>4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.<br>5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasına sunmalıdır. |

İMZA-KAŞE

Şükrüye Aydın

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Zuleyha GÜNGÖR
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Dis. Tescil No: 105749

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nigar Gülfer OKUMUŞ
Dip. Tescil No: 64767
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
A.B.D. Başkanı