	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

MALZEMENİN ADI	**SUT KODU: (UR1035) DJ (DOUBLE J) KATETER 5F 26CM** **SUT KODU: (UR1035) DJ (DOUBLE J) KATETER 5F 28 CM** **SUT KODU: (UR1035) DJ (DOUBLE J) KATETER 6F 26 CM** **SUT KODU: (UR1035) DJ (DOUBLE J) KATETER 6F 28 CM** **SUT KODU: (UR1035) DJ (DOUBLE J) KATETER 4.8F 26 CM** **SUT KODU: (UR1035) DJ (DOUBLE J) KATETER 4.8F 28 CM**
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Böbreğin içerisinde üretilen idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına iletilmesini engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için dizayn edilmiş olmalıdır. 2. Poliüretan veya diğer polimer malzemelerden üretilmiş olmalıdır. 3. Stent bir ucu açık bir ucu kapalı veya iki ucu açık olarak üretilmiş olmalıdır. Minimal travma için stentin proksimal ucu yuvarlatılmış olmalıdır. 4. Stentin boyutu malzeme tanımlarında geçen ebatlarda olmalıdır. 5. Stentle beraber 100-150(±10)cm uzunluğunda PTFE kaplı kılavuz tel olmalı, kılavuz telin bir ucu yumuşak, bir ucu sert olmalıdır. 6. Stentle aynı kalınlıkta, eşleştirme sistemli radyoopak marker içeren veya radyoopak marker içermeyen 40 -90cm uzunluğunda itici bulunmalıdır. 7. Set içinde tek elle kolay açılıp kapatılabilen 2 adet klemp bulunmalıdır. Klempler stenti ve kılavuz teli deforme etmeyecek nitelikte olmalıdır. 8. Stentindistal ucunda sabitleme süturlu veya sütursuz olmalıdır. 9. Stentradyoopak ve yüzeyi kayganlaştırıcı madde ile kaplı olmalıdır. 10. Stentin üzerinde cm çizgileri ve her 5cm de bir marker çizgileri olmalıdır. 11. Stent çapları 3Fr.-4Fr.-4,7Fr-4.8Fr veya 6Fr. olmalıdır. 12. Stentin uzunlukları 12-14-16-18-20-22-24-26-28cm farklı ölçülerde olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE
Doç. Dr. Murat DURSUN
İstanbul Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Dipl. Tes. No: 143499

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Önder SANLI
Dip. Tescil No: 22857
Üroloji Uzmanı

	T.C. **İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ** **SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ☐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ☐ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ☐ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ☐

KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalıdır. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 10 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir. 5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasına sunmalıdır.

Prof. Dr. Tevfik TEFİK
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Murat DURSUN
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 143499

İMZA-Kaşe
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Öner SARLI
Dip. Tescil No: 93857
Üroloji Uzmanı