



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN
ADI

BİPOLAR KOTER FORSEPSİ UCU

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

- 1- Tamamen yalıtılmış ve kabloya giren kısım flat tip olmalıdır.
- 2- Forsepsler izolasyonlu olmalı, elektrik akımına karşı korumalı olmalıdır.
- 3- Forsepsler farklı ağız özellikleri (künt, nokta uç, keskin), farklı ağız ölçüleri ve çalışma uzunluklarına sahip olmalıdır.
- 4- Forsepsler farklı bipolar özellikli koter cihazları ile çalışmaya uygun olmalıdır.
- 5- Temizliği kolay olmalıdır.
- 6- Aşağıda belirtilen özelliklerde, ölçülerde ve miktarlarda olmalıdır.
 - a. Bipolar forseps: 0,3 mm uç kalınlığında ve 110 mm uzunluğunda düz, keskin uçlu, flat plug girişli olmalıdır. (4 adet)
 - b. Bipolar forseps: 0,6 mm uç kalınlığında ve 110 mm uzunluğunda düz, keskin uçlu, flat plug girişli olmalıdır. (6 adet)
 - c. Bipolar forseps: 0,6 mm ($\pm 0,2$ mm) uç kalınlığında ve 160 mm (± 1 mm) uzunluğunda düz, keskin uçlu, flat plug girişli olmalıdır. (15 adet)
 - d. Bipolar forseps: 1 mm ($\pm 0,2$ mm) uç kalınlığında ve 160 (± 1 mm) mm uzunluğunda düz, keskin uçlu, flat plug girişli olmalıdır. (1 adet)
 - e. Bipolar forseps: 1 mm ($\pm 0,2$ mm) uç kalınlığında ve 150 (± 1 mm) mm uzunluğunda düz, keskin uçlu, flat plug girişli olmalıdır. (8 adet)
 - f. Bipolar forseps: 1 mm ($\pm 0,2$ mm) uç kalınlığında ve 180 (± 1 mm) mm uzunluğunda düz, keskin uçlu, flat plug girişli olmalıdır. (3 adet)
 - g. Bipolar forseps: 1 mm ($\pm 0,2$ mm) uç kalınlığında ve 180 (± 1 mm) mm uzunluğunda ağız kısmı açılı, keskin uçlu, flat plug girişli olmalıdır. (2 adet)
 - h. Bipolar forseps: 2 mm ($\pm 0,2$ mm) uç kalınlığında ve 180 (± 1 mm) mm uzunluğunda düz, keskin uçlu, flat plug girişli olmalıdır. (1 adet)

DEPOLAMA VE
TESLİMAT
ŞARTLARI

- 1- Hastanemiz taşınır kayıt birimi sarf malzeme ambarına tek seferde 60 takvim günü içerisinde teslim edilmelidir.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

- 1- Forsepsler 134 C - 10 dakika buhar sterilizasyonuna, Etilen Oksit ve Hidrojen Peroksit sterilizasyonuna uygun olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

- 1- Orijinal ambalajında olmalıdır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

- 1- Bipolar pensetin uçları doku yapışmalarını önlemek amacıyla özel alaşım ile imal edilmiş olmalıdır. Kaplama olan uçlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 2- Bipolar penset üniversitemizde mevcut elektrokoter cihazına tamamen uyumlu olmalıdır.
- 3- Her tür koter cihazı ile kullanım için farklı giriş seçenekleri olmalı, firmalar cihazlarla forsepslerin uygun çalışmasını sağlamalıdır.
- 4- Teklif verecek olan isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgelerin ihale teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir.
- 5- Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
- 6- İthalatçı firmaya ait TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Hasan Orhan ZİYAN
CERRAHI TIP BİLİMLERİ
BÖLÜM BAŞKANI

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Feza EKİZ
İ.T.F. Genel Cerrahisi A.B.D.
Diploma No/19311/22079
Tescil No/92510

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Cabioğlu
Genel Cerrahi Uzmanı
No: 50836-72758



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik belgelerine sahip olmalı veya bu evraklar ihale sırasında noter tasdikli olarak sunulmalıdır.

- 7- İstekli, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 (bir) adet numune ve yukarıdaki ölçülerin görülebileceği orijinal katalog ihale esnasında komisyona sunacaktır. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Numune en az 5 gün ameliyathanede kullanılacaktır.
- 8- Yüklenici firma: ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
- 9- Fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı üretici firma 2 yıl garanti vermelidir.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Hasan Orhan ZİYİ ANI
CERRAHI TIP BİLİMLERİ
BÖLÜM BAŞKANI

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Feza EKİZ
İ.T.F. Genel Cerrahi A.B.D.
Diploma No: 19311 / 22779
Tescil No: 92510

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Orhan ZİYİ ANI
Genel Cerrahi A.B.D.
50836-77758