



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	BİPOLAR KOTER FORSEPSİ KABLOSU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1- Hastanemizde mevcut kullanılmakta olan (Valleylab,Petaş) elektrokoter kablolarının uzunluğu en az 3 m, bipolar giriş kısmı flat plug ve çift uçlu koter cihazı girişine sahip olmalıdır. (100 adet) 2- Hastanemizde mevcut kullanılmakta olan (Martin,Aesculap) elektrokoter kablolarının uzunluğu en az 3 m, bipolar giriş kısmı flat plug ve nokta uçlu koter cihazı girişine sahip olmalıdır. (5 adet) 3- Tekrar kullanılabilir olmalıdır. 4- Anti bakteriyel olmalı ve herhangi bir enfeksiyon oluşturmamalıdır.
DEPOLAMA VE TESLİMAT ŞARTLARI	1- Hastanemiz taşınır kayıt birimi sarf malzeme ambarına tek seferde 60 takvim günü içerisinde teslim edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1- Kablolar 134°C - 10 dakika buhar sterilizasyonuna, Etilen Oksit ve Hidrojen Peroksit sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1- Orijinal ambalajında olmalıdır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1- Bipolar kablo üniversitemizde mevcut elektrokoter cihazına tamamen uyumlu olmalıdır. (Valleylab, Petaş, Martin, Aesculap marka). 2- Kablo, bipolar pensetin bir ucunda elektrik akımının yoğunlaşmasına neden olan ve bu yüzden yapışmalara sebep olan koaksiyal kablo olmamalı, bunun yerine pensetin iki ucuna eşit enerji dağıtan simetrik kablo olmalıdır. 3- Teklif verecek olan isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgelerin ihale teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir. 4- Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 5- İthalatçı firmaya ait TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik belgelerine sahip olmalı veya bu evraklar ihale sırasında noter tasdikli olarak sunulmalıdır. 6- İstekli, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her iki kablo türünden en az 1 (bir) adet numune ve yukarıdaki ölçülerin görülebileceği orijinal katalog ihale esnasında komisyona sunacaktır. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Numune en az 5 gün ameliyathanede kullanılacaktır. 7- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 8- Fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı üretici firma 2 yıl garanti vermelidir.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Hasan Orhan ZİYLAN  
CERRAHI TIP BİLİMLERİ  
BÖLÜM BAŞKANI

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Neslihan ÇABUKOĞLU  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dış Tescil No: 50840-72758

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Motin KEŞKİN  
Genel Cerrahi Uzmanı  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Tıp Uzmanlığı No 110563-77480