



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



CİHAZ ADI

DATALOGER

TIBBİ VE TEKNİK
ÖZELLİKLER

1. Cihaz LCD ekrana sahip olmalıdır.
2. Cihaz ekranında sıcaklık, nem, saat, bilgileri net bir şekilde okunabilmelidir.
3. Cihaz Windows XP (SP3 ve üzeri), Windows Vista (SP1 ve üzeri), Windows 7 sistemlerle uyumlu çalışabilmelidir.
4. Cihazın 50.000 değer kaydedebilen hafızası bulunmalıdır.
5. Ayarlanabilir alt üst sıcaklık ve nem alarmı bulunmalıdır.
6. Cihazın teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır :

Sıcaklık ölçüm aralığı	: 0°C . . . 50°C
Sıcaklık hassasiyeti	: ±1°C
Sıcaklık çözünürlüğü	: 0,1°C
Nem ölçüm aralığı	: % 0 . . . 99 rh
Nem hassasiyeti	: %3 rh
Nem çözünürlüğü	: %0,1 rh
Ayarlanabilir kayıt aralıkları	: 1 dk, 5 dk, 10 dk, 15 dk, 30 dk, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 6 saat
Hafıza kapasitesi	: 50.000
Bovutları	: 137 x 98 x 26 mm
Ağırlık	: 430 gr
Alarm özelliği	: Var
Güç kaynağı	: 3 adet 1,5 V AA pil

GENEL
HUSUSLAR

1. Yüklenici aşağıda belirtilen maddelerin her birini kabul ettiğine ve şartlara uyacağına dair yazılı olarak genel taahhüt verecektir.

KABUL/MUAYENE
VE
TESLİMAT
ŞARTLARI

1. Yüklenici, cihazı kurum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Cihazın nakliye ve montajı sırasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve onarmakla yükümlüdür.
2. Yüklenici firmanın teslim edeceği cihazlar TSE ve/veya CE belgeli, en az 2 yıl cihaz garantili olmalı ve İstanbul'da yaygın servis ağı bulunmalı ve ilgili katalog, broşürleri ihale komisyonuna teslim etmelidir.
3. Yüklenici Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB' den İş sağlığı ve Güvenliği eğitim ve hizmetlerini alıyor olmalı ve birer sözleşme suretlerini ihale komisyonuna teslim etmelidir.
4. Yüklenici, cihazı monte ettikten ve kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
5. Cihazın parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda cihaz; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış cihaz teslim alınmaz.

TEKNİK SERVİS

1. Yedek parça temini garantisi 10 (on) yıl ile en az 2 (iki) yıl kullanım hataları dışında

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

ECZACI
Ahmet Tuncer KÖSEÇİLU
İstanbul Tıp Fakültesi

A. T. Köseçilü

Ecz. Mine ÇAKIR
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ
18/07/23



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



**GARANTİ VE
YEDEK PARÇA**

çıkabilecek arızalara karşı garantisi olmalıdır.

MONTAJ

1. Yetkili firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

EĞİTİM

1. Yüklenici, cihazın tüm fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde kullanacak şekilde personeli ücretsiz eğitmekle yükümlüdür.

İMZA-KAŞE

ECZACI
Tuncer KÖSEÇİ
İstanbul Tıp Fakültesi
A. T. Köseç

İMZA-KAŞE

ECZACI
Mine ÇAKIR
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ECZANESİ

İMZA-KAŞE

ECZACI
Songül TUNA
İstanbul Tıp Fakültesi