



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

PATOLOJİK ATIK TAŞIMA KABI

FİZİKSEL  
ÖZELLİKLERİ

1. Kap; darbeye dayanıklı PP hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
2. Kap; lojistik kazanım, düzenli ve güvenli istifleme için, radiuslu köşeli formda, 30-35 lt hacminde olmalıdır.
3. Kabin yüksekliği 39,5 cm – gövdenin iç eni 32 cm – boyu 32 cm (+/- %1) olmalıdır.
4. Kap kırmızı, kapak kırmızı renkte olmalıdır.
5. Kap kapağı kilitlendiğinde kesinlikle açılmamalıdır ve kapak iç kısmında sızdırmazlık contası olmalıdır.
6. Kapakta iki ayrı menteşe tutamacı olmalı, bu tutamaçlar ile kaba bağlanabilmelidir. Menteşeler çift kademeli olmalı, kapak, menteşedeki 1. kademe sayesinde açılıp kapanabilme, 2. Kademe sayesinde 26 noktadan tırnaklı kilit sistemi ile kaba kilitlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Kapak önünde açılıp kapanabilmesini sağlayan tutma kulpu olmalıdır.
8. Kapak alt köşelerinde, kullanım esnasında kapağın kilitlenmesini önleyen emniyet pimleri olmalıdır. Emniyet pimleri, son kilitlemeye, kap üzerindeki perforajlı pim yuvalarına geçebilir özellikte olmalıdır.
9. Kapağın alt kısmında, kaplar dolu iken en az 10 kat istiflenebilmesini sağlayan, kapak güçlendirme federleri olmalıdır.
10. Kapakta, kilitlenmeye destek, ters kilit sistemi olmalı, bu kilitler yuvaya oturtulduktan sonra, kapak, kaba bastırılarak son kilitleme yapılabilmelidir. Bu ters kilitler, kaba herhangi bir dış darbe geldiğinde, kapağın kaptan ayrılmasını engelleyen özelliğe sahip olmalıdır.
11. Kap, istendiğinde el tutamaçlarının ortasında, tek elle taşıma imkânı sağlayan, metal taşıma kulbunun girebileceği yuvalar olmalıdır.
12. Kap, lojistik kazanım için, iç içe geçebilir olmalı, kapak demonte özellikte olmalıdır.

İMZA-KAŞE

Ehsan PAPAĞÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Munise ERDEN  
Çevre Yönetim Birimi

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



	<p>13. Kabin düzenli ve güvenli istiflenebilmesi için, kapak üzerinde, kabin alt tabanının oturabileceği, transfer esnasında devrilmeyi önleyen, derin yatak formu olmalıdır.</p> <p>14. Kabin her iki tarafında kolay taşınmasını sağlayan, ergonomik el geçme tutamaçları olmalıdır. Kapak, kaptaki el geçme tutamaçlarını örtecek şekilde tasarlanmış değildir.</p> <p>15. Kap, sabitlenmek istendiğinde, kabin alt tabanında sabitleme aparatına uyumlu girinti olmalıdır.</p> <p>16. Kap, Çevre ve Şehircilik bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uygun özelliklerde üretilmiş olmalıdır.</p> <p>17. Kap ön yüzünde, Tıbbi atıklar yönetmeliğine göre, 130x210 mm ölçülerinde, kabin patolojik atık için olduğunu belirten bilgiler, kapasitesi, markası, üretici firma bilgileri ve kalite belgelerini belirten etiket olmalıdır.</p> <p>18. Üretici firma, İSO 9001 ve İSO 14001 belgelerine sahip olmalıdır.</p>
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine partiler halinde teslim edilecektir.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Ersan PAPAKÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Munise ERDEN  
Çevre Yönetim Birimi

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Ehsan PAPAKÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Munise ERDEN  
Çevre Yönetim Birimi

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	Enfekte (tehlikeli) Atık kutusu 30 lt. lik tek kullanımlık
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Farklı kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.</li><li>2. İç hacmi 30±5 litre olmalıdır.</li><li>3. Ağız tipi çember kapaklı olup kelepçe sistemi ile kapanmalıdır.</li><li>4. Ağız çapı en az 300 mm olmalıdır.</li><li>5. Yerden yüksekliği en az 600 mm olmalıdır.</li><li>6. Taban çapı en az 280 mm olmalıdır.</li><li>7. Atık bidonu rahatlıkla taşımaya olanak sağlayan gövdenin sağ ve solunda simetrik olan, iki adet taşıma koluna sahip olmalıdır.</li><li>8. En az 100 noktadan parizyon kontrollü üretim yapılmış olmalıdır.</li><li>9. Gövdesi mavi kapağı siyah olmalıdır.</li><li>10. Bidon alt ve üst bölüm arası dışa doğru bombeli olmalıdır. Bombe çapı alt ve üst çaptan büyük olmalıdır.</li></ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.</li></ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.</li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.</li></ol>
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş <b>partiler halinde</b> teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>en az 1 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Ehsan PAPAĞÇI  
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Munise ERDEN  
Çevre Yönetim Birimi

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard