

157913-1/2019



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ X
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ X
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	Vida Kapaklı Biopsi Kabı	
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	Hacim	15 cc
	Sterilite	Non Steril
	Konum	Kapaklı
	Şekil	silindirik
	Kapak Şekli	Vida Kapaklı
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<p>1-Tıbbi numunenin zarar görmesini engelleyecek polistrein malzemeden yapılmış olmalı, 2- Santrifüje karşı dayanıklı olmalıdır, 3- Üzerinde sıvının hacmini gösterecek şekilde scala olmalı, 4- Taban kısmı düz, kapak kısmı ise sıvıyı sızdırmayacak şekilde vidalı olmalıdır, 5-En az 15 cc hacimde olmalıdır,</p>	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<p>Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Herhangi bir nedenle tüketilemeyen ürünler son kullanma tarihinden 3 ay önce haber vermek koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.</p>	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<p>1-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir. 2-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir. 3-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 10 Adet numuneyi ihale sonrasında değerlendirilmek üzere 3 iş günü içerisinde Anabilim Dalına teslim edilecektir. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 4-Ürünler alım işlemi sonrasında İ.T.F. Ayniyat Saymanlığı Kit Kimyasal Ambarına teslim edilir.</p>	

Prof. Dr. Ekrem Yavuz

Prof. Dr. Yasemin Özlük

Doç. Dr. Gülşin Yegen



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ X
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ X
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	Vida Kapaklı Biopsi Kabı	
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	Hacim	2500 cc
	Sterilite	Non Steril
	Konum	Kapaklı
	Şekil	silindirik
	Kapak Şekli	Geçme Kapalı
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-2.500 cc hacime sahip olmalıdır. 2-Ürün geçme kapaklı olup polivinilklorürden (PVC)imal edilmiş olmalıdır. 3-Kapakları sızdırmaz olmalıdır. 4-Steril olma zorunluluğu aranmaz. 5-Kapak rengi tercihan beyaz veya içini göstermeyecek şekilde renkli, kapak ise içeriğini tartışmaya mahal vermeyecek şekilde gösterir, şeffaf olmalıdır.	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Herhangi bir nedenle tüketilemeyen ürünler son kullanma tarihinden 3 ay önce haber vermek koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir. 2-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir. 3-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 10 Adet numuneyi ihale sonrasında değerlendirilmek üzere 3 iş günü içerisinde Anabilim Dalına teslim edilecektir. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 4-Ürünler alım işlemi sonrasında İ.T.F. Ayniyat Saymanlığı Kit Kimyasal Ambarına teslim edilir.	

Prof. Dr. Ekrem Yavuz

Prof. Dr. Yasemin Özlük

Doç. Dr. Gülşin Yegen