



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİDROGENAZ PİRUVAT KİNAZ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Testin çalışması manuel, okunması 340 nm dalga boyunda spektrofotometrede yapılabilirdir.. 2- Kit tek hasta çalışmasına uygun olmalıdır.Test için mevcut donanım yeterli olmalı, ek reaktif gerektirmemelidir. 3- Test sayıları hastaya verilen hizmet baz alınarak hesaplanacağından tüm testler için sarf malzeme miktarının belirlenmesi rapor edilen test sayısına göre olmalıdır.Test çalışması sırasında kalibrasyon,kontrol,numune tekrarı vb.nedenlerden dolayı tüketilen testler firma tarafından karşılanacaktır. 4- Test çalışması esnasında kullanılan her türlü sarf malzeme (tüp, pastör pipeti.otomatik pipet ucu vs..) kit ile birlikte verilmelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	-Yüklenici firma kitlerin kullanımı süresince, kit içeriğindeki kimyasal malzemelerden kaynaklanabilecek problemleri gidermeyi taahhüt etmelidir.Problem giderilinceye kadar harcanan ve/veya değişmesi gereken kit malzemeleri firma tarafından karşılanmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	- Kitler +4 °C de saklanabilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	- Enzim eksikliğinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	- Teklif edilen kitlerin miadı en az 12 ay olmalıdır. Miadının dolmasına 2 ay kala kitler yeni miadlılarla değiştirilmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	- Orjinal ambalajda olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	- Kit sonuçlarını eritrosit sayısına ve hemoglobin miktarına oranlayarak verebilmelidir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yüklenici firma: ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA - KAŞE

Prof. Dr. Nihal SALMAYENLİ

İMZA-KAŞE

Prof.Dr. N. Sema GENÇ

İMZA - KAŞE

Prof. Dr. Beyhan ÖMER