



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

SUT KODU :(GR1078) KILAVUZ TEL 0.035" HİDROFİLİK

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. GUIDEWIRE ANJİYOGRafi VE KATETERİZASYON LABORATUVARINDA KIVRIMLI, TORTİYÖZ, KALSİFİK VE AÇILI DAMARLARDA KULLANIMA UYGUN HİDROFİLİK ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
2. GUIDEWIRE EN AZ 180CM UZUNLUKTA OLMALIDIR.
3. GUIDE WİRE 0,035" -0,038" ÇAPLARINDA KLİNİK İSTEĞİNE GÖRE İSTENİLDİĞİ KADAR TESLİM EDİLMELİDİR
4. GUIDE-WİRE STANDART ŞAFT VE STİFF ŞAFT OLARAK İKİ SEÇENEĞİ DE BULUNMALIDIR.
5. GUIDEWIRE ÇEKİRDEĞİ SÜPER ESNEK ÖZEL NİTİNOL ALAŞIMDAN YAPILMIŞ RADYOOPAK SOLİD BİR METAL İÇERMELİDİR.
6. MERKEZDEKİ SÜPER ESNEK ÖZEL ALAŞIMLI METAL, GUIDE WİRE'İN DİSTAL UCUNA BİRKAÇ CM KALA BİTMELİDİR.
7. GUIDEWIRE'İN ÇEKİRDEĞİNİ OLUŞTURAN METALİN ÜZERİ ULUSLARARASI STANDART ÖLÇÜLERDE BİYOLOJİK UYGUNLUĞU KANITLANMIŞ ÖZEL POLİÜRETAN ELASTOMER MALZEME İLE BİRBİRİNDEN AYRILMAYACAK ŞEKİLDE KAPLANMIŞ OLMALIDIR.
8. KILAVUZ TELİNİN DIŞINA KAPLANAN HİDROFİLİK MALZEMENİN SU, KAN GİBİ BİYOLOJİK SIVILARLA TEMASA GEÇİLDİĞİNDE SU TUTUCU ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.
9. KILAVUZ TEL HİDROFİLİK ÖZELLİĞİ DOLAYISIYLA BİYOLOJİK ORTAMDA EN ZOR GEÇİŞLERDEN BİLE RAHATLIKLA GEÇEBİLECEK KAYGANLIKTA OLMALIDIR.
10. HİDROFİLİK KAPLAMA DOLAYISIYLA KATETER, KILAVUZ TELİN ÜZERİNDEN KAYDIRILDIĞINDA KATETERİN ÇOK KOLAY KAYMASINI SAĞLAMALIDIR.
11. GUIDE WİRE IN UCU KESİNLİKLE ATRAVMATİK OLMALIDIR.
12. GUIDEWIRE BÜKÜLMELERDEN ETKİLENMEMELİ TEKRAR ESKİ ŞEKLİNİ ALABİLMELİDİR. BU ÖZELLİĞİ İLE GUIDE WİRE KUVVETLİ HAFIZAYA SAHİP OLMALIDIR.
13. UÇ KİSMİ DÜZ VE/VEYA ANGLED OLMALIDIR.

DEPOLAMA
ŞARTLARI

SERİN VE KURU YERDE MUHAFAZA EDİLMELİDİR.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADI

1.SON KULLANMA TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 12 AY OLMALIDIR.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

1. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ORJİNAL ULUSAL BİLGİ BANKASI KODU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELİRTİLMELİ, SAKLAMA KOŞULLARI OLMALI VE FAKÜLTEMİZE AİT İU KODLARI BARKOT HALİNDE BASILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR.
2. MALZEME ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLMELİDİR. AMBALAJLAR ÜZERİNDE STERİLİZASYON TARİHİ, SON KULLANMA TARİHİ, LOT VE REFERANS NUMARASI BULUNMALIDIR.
3. MALZEME ÜZERİNDE TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI BULUNMALIDIR.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. N. Senya SENCER
Dip. No: 21722 / 25190
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Kılıç AYDIN
Dip. Teskil No: 47673
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.D.D.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Mehmet BARBUROĞLU
Dip. Teskil No: 148266
Radyoloji Uzmanı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

4. MALZEMELERİN ORJİNAL AMBALAJINDAKİ BİLGİLER YÜRÜRLÜKTEKİ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ) KOŞULLARINA UYMALI VE TÜRKÇE OLMALIDIR.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTAKİP İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK İDARENİN TALEP ETTİĞİ MALZEMELER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN SİPARİŞ VERİLDİĞİ TARİH İTİBARIYLA, SİPARİŞ VERİLEN ÜRÜNLERİ EN GEÇ 15 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ECZANESİ'NE TESLİM EDİLMEK ZORUNDADIR.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. ULUSAL BİLGİ BANKASI KODUNA AİT ULUSAL BİLGİ BANKASINDAN ALINMIŞ KODA SAHİP OLMALIDIR.
2. İSTEKLİLER, İHALE KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE EN AZ ...1.. ADET NUMUNEYİ İHALE ESNASINDA KOMİSYONA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNELER, İHALEDEKİ KALEM SIRASI VE ADI BELİRTİLMEK ÜZERE ÜZERİNE ETİKET YAPIŞTIRILARAK DİZİ PUSULASINA BAĞLANARAK İHALE ESNASINDA SUNULACAKTIR.
3. YÜKLENİCİ FİRMA; AMBALAJI AÇILDIĞINDA, KULLANIMA UYGUN OLMAYAN, HATALI, BOZUK OLDUĞU TESPİT EDİLEN ÜRÜNÜ YENİLERİ İLE ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRECEKTİR.
4. FİRMA MİADININ DOLMASINA 4(DÖRT)AY KALA KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMELİDİR.
5. İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ TEDARİKÇİ FİRMA (ÜRETİCİ/İTHALATÇI) İSE KENDİSİNE AİT, BAYİ İSE TEDARİKÇİ FİRMA VE BAYİSİ OLARAK TANIMLADIĞINI GÖSTERİR TİTUBB VEYA ÜTS KAYITLARINI (T.C SAĞLIK BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGELERİ),TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT TİTUBB VEYA ÜTS KAYITLARI VE İHALE DOSYASINDA ALIMI YAPILMAK İSTENEN ÜRÜNLERİN SUT KODLARI İLE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SUT KODLARININ EŞLEŞMİŞ OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ İHALE DOSYASINA SUNMALIDIR. TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN FİRMALAR KAPSAM DIŞI BEYANLARINI SUNMALIDIR.
6. ÜRÜN TEDARİKÇİ/BAYİ SORGULAMALARI ÖNCELİKLE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU(TİTCK) ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) [HTTPS://UTSUYGULAMA.SAGLIK.GOV.TR/](https://utsuygulama.saglik.gov.tr/) ADRESİNDEN, ÜTS'DE ÜRÜN KAYITLI DEĞİLSE TİTUBB SİSTEMİNDEN YAPILACAKTIR.

İMZA-KAŞE

Prof.Dr.M.Sena SENCER
Dip.No: 21722/25190
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoagnostik A.Đ.

İMZA-KAŞE

Prof.Dr.Kubilay AYDIN
Dip. Tescil No: 47673
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik A.B.Đ.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Mehmet BARBUROĞLU
Dip. Tescil No: 148266
Radyoloji Uzmanı