



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

DİYALİZ CİHAZI İÇİN SIVI FİLTRESİ

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. Ünitemizde kullanılan ve demirbaş numarası: 253.3.5/15/4964 olan Fresenius 5008 Cordiax cihazına uygun olmalıdır.
2. Kullanılacak filtrenin endotoksin tutulumu $\geq 10^6$ olmalıdır. Ultra saf diyaliz sıvısı sağlanmalıdır.
3. Filtre ömrü en az 12 hafta veya 100 tedavi olmalıdır. Cihaz ekranında uyarı görüntülemesi durumunda da değiştirilmelidir.
4. İline Buhar sterilizasyonu ile sterilize edilmiş olmalıdır.
5. Filtrenin membran materyali Polysulfon olmalıdır.
6. Filtrenin kap materyali Polipropilen, kaplama materyali ise Poliüretan olmalıdır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM YERİ
VE ÖZELLİĞİ

1. Hemodiyaliz tedavisinde ultra saf su üretmek için cihaza takılarak kullanılır.

ÜRETİM TARİHİ
VE MİADI

1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az ...18....ay olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ
VE MİKTARI

1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.
2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.
3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

TIBBİ
ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerinegün içerisinde sipariş üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 10 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası

İMZA-KAŞE

Hemşire
Nevin Uğur Bıçaklı
Nevin

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Ali YILMAZ
İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Nefroloji Uzmanı 70080 / 68372

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Nevzat NAYIR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Pediyatrik Nefroloji 971/008022



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE

Hemşire
Nevin Uygur Bıçatlı

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Alev NALIN
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı Hast. Uzm. 53140/68372
Çocuk Nefroloji Uzmanı 70060 / 68372

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet NERZETİBAŞI
Diy. Teşh. No: 32197
Çocuk Sağlığı Hast. Uzmanı
Pediyatrik Nefroloji - 971068022