



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

ENZİMATİK SOLÜSYON (ENDOSKOPLARIN DEZENFEKSİYON ÖNCESİ TEMİZLİĞİ İÇİN)

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

1. Endoskop üzerinde, içinde ve ulaşımı güç alanlarda bulunan organik maddeleri ve kan artıklarını kolayca temizlemelidir.
2. Gerek manuel gerekse hastanemiz demirbaşında bulunan endoskop yıkama makinelerinde kullanılabilir ve her iki kullanımda da cihaz güvenliği gereği köpürmemelidir.
3. Enzimatik solüsyon oda sıcaklığında kullanılabilir olmalıdır.
4. Aletler üzerinden kolayca durulanabilir.
5. Enzimatik solüsyonun pH'sı 6-8 olmalıdır.
6. Enzimatik solüsyon sadece protease enzimine sahip olmalıdır.
7. Enzimatik solüsyon Fakültemizde endoskopların dezenfeksiyonunda kullanılan yüksek düzey dezenfektan solüsyon ile geçimli olmalıdır.
8. Enzimatik solüsyon 1 dakikada yeterli etkiye sahip olabilmelidir.
9. Enzimatik solüsyon, Fakültemiz demirbaşına kayıtlı Storz, Olympus, Pentax, Fujinon marka endoskopların dezenfeksiyon öncesi temizliği için uygun olmalıdır. Paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama gibi zedelenmelere neden olmamalıdır.

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1. Havalandırması mevcut olan serin bir yerde depolanmalıdır.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

1. Fakültemizde bulunan tüm endoskopi ünitelerinde ve bronkoskopi ünitesinde dezenfeksiyon öncesi endoskopların temizliği için kullanılacaktır.

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADI

1. Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

1. Yüklenici firma ürünü konsantre halde teslim etmelidir.
2. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kullanım ve teknik özellikleri Türkçe olarak belirtilmiş olmalıdır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.
2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Zeynep MEMİŞ
Dip. Tescil No: 133117

İMZA-KAŞE

Yüksek Hemşire
Aslı ÖZDEMİR
İnfeksiyon Kontrol
Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Yük.Hem.Rukiye CİHAN
İnfeksiyon Kontrol
Hemşiresi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. İstekliler fiyat tekliflerini, ürünün üreticisi tarafından tavsiye edilen en düşük sulandırma oranında sulandırılmış litre fiyatı olarak vermelidir.
2. İstekli firma teklif ettiği ürünün Fakültemiz demirbaşına kayıtlı Storz, Olympus, Pentax, Fujinon marka endoskopların dezenfeksiyon öncesi temizliği için uygun olduğunu, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama gibi zedelenmelere neden olmadığını belgeleyen yukarıda sözü edilen markalar tarafından verilmiş uygunluk belgelerini ihale sırasında İhale Komisyonuna sunmalıdır.
3. İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 adet orijinal ambalajındaki numuneyi ihale evraklarıyla birlikte İhale Komisyonuna sunmalıdır.
4. Yüklenici firma ürünü kullanım sonrası nötralize etmek için gerekli nötralizan maddeyi vermelidir. Ürünün nötralize edilmesi gerekmiyorsa firma bunu belgelemelidir
5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
6. İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır.

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Zeynep MEMİŞ
Dip. Tescil No: 133117

İMZA-KAŞE

Yüksek Hemşire
Aslı ÖZDEMİR
İnfeksiyon Kontrol
Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Yük.Hem:Rukiye CİHAH
İnfeksiyon Kontrol
Hemşiresi