



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	TANSİYON ALETİ MANŞONU (NO: 1,2,3,4,5,7,8,9 ve 10)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Non invazive kan basıncını ölçmeye uygun ve tek kullanımlık olmalıdır.2. Manşonlar tek girişli olmalıdır.3. Manşonun tamamı şişebilmeli böylece daha hassas ölçüm yapabilmelidir.4. Manşonlar 1,2,3,4,5, 7, 8,9 ve 10 (yeni doğandan erişkine) numara boyları olmalıdır.<ol style="list-style-type: none">a. 1 no. lu, 2,5x10 cm ($\pm 0,5$cm) en ve boyb. 2 no.lu, 3x11,5 cm ($\pm 0,5$cm) en ve boyc. 3 no.lu, 4x14 cm ($\pm 0,5$cm) en ve boyd. 4 no.lu, 5x18 cm ($\pm 0,5$cm) en ve boye. 5 no.lu, 6x19 cm ($\pm 0,5$cm) en ve boyf. 7 no.lu, 9x27 cm (± 1cm) en ve boyg. 8 no.lu, 11x41 cm (± 1cm) en ve boyh. 9 no.lu, 14x52 cm (± 1cm) en ve boyi. 10 no.lu, 17x6 cm (± 1cm) en ve boy manşon ölçülerinde olmalı5. Tansiyon manşonu basınca dayanıklı ve yumuşak polyester/pamuk karışımı bir maddeden yapılmış olmalı ve hastaları terletmemeli, rahatsızlık vermemelidir.6. Manşonlar üzerinde hastanede kullanılan monitörlere uyumlu konektör olmalıdır.7. Teklif edilecek manşonlar hastanemizin demirbaşında kayıtlı olan cihazlara uyumlu olmalıdır.8. Manşon cırtlı olup ölçüm sırasında kolaylıkla açılmamalıdır.9. Tansiyon manşonu numune üzerinden değerlendirilecektir.10. Tansiyon manşonu kolda ayarlana bilir özelliğe sahip olmalıdır.11. Tansiyon manşonu ISO ,TSE veya CE standartlarından en az birine sahip olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Manşonlar Latex içermemeli ve non-alerjik olmalıdır. Bu özelliği sağladığına dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miadlı olmalıdır.2. Yüklenici firma malzemenin miadının dolmasına 3(üç) ay kalan kullanılmayan malzemeleri en az 1(bir) yıllık miada sahip ürünle değiştirecektir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.2. Malzemeler güncel tıbbi cihaz yönetmeliği, sağlık uygulama tebliği, etiket kanununa uygun olmalıdır.

Tülay YAKUT
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Yoğurt
Sorumlu Hemşire

İMZA-KAŞE

Bertin Tında
R

S.ımy, Nurettin Hacıoğlu

İMZA - KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



3. UBB kodu orijinal etiket olarak ürün üzerinde olmalıdır. Kutu UBB' si (6, 12, 24 vb.) tanımlanan ürünler için tek tek etiket yapılmalı ve üretici firmanın etiket yönetmeliğine uygun izin belgesi "noter onaylı Türkçe çevirisini muayene kabul komisyonuna" sunacaktır.

**TIBBİ
ÖZELLİKLERİ**

**TESLİMAT ŞEKLİ
VE
ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde teslimat gerçekleştirmek zorundadır.
2. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması gerekmektedir.
3. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C.Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte ihale komisyon başkanlığına sunacaktır.
4. UBB koduna sahip olan malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasının veri tabanındaki tüm bilgilerin malzemeyi tarif edecek şekilde düzenlenmiş ve eksiksiz olarak tanımlanmış olması gereklidir.
5. İstekli ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her boydan en az **1 adet** numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.
6. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (on) gün içerisinde değiştirecektir.

İMZA - KAŞE
I.U. İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk İlaçları Bölümü B.D.
Sorumlu Öğretim Üyesi

İMZA - KAŞE
Berrin Tundak
Dri

Sob. Hec.
Nurden Hacıoğlu
İMZA - KAŞE