



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKLİF ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	Loop Elektrodu
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Elektrod Transformasyon bölgesinin Loop Eksizyonu için kullanılmaya uygundur.2. Elektrodun genişliği 25mm, 20mm,10mm derinliği 22mm,15mm,10mm farklı seçenekleri olmalıdır. Teslimatda kalınlığının tercihine göre teslim edilecektir.3. Elektrod Beyaz,mavi veya siyah renk kodlu olmalıdır.4. Elektrodun kesici kısmı 0.2mm çapında Tungsten telden mamül olmalıdır.5. Uç kısmı cerraha daha iyi görünüşü sağlamak amacı ile Y şeklinde olmalıdır.6. Elektrodun kesme derinliğini ayarlayabilmek için şeffaf plastikten özel bir "T" adaptörü olmalıdır. Kesme derinliğini gösteren işaretler 2-10mm aralığında 2mm.lik aralıklarla elektrod gövdesinde bulunmalıdır. Kesme derinliği ayar adaptörü klinik olarak vazgeçilmezdir.7. Elektrod standart 3/16" elektrokoter kalemine uygun olmalıdır. Elektrod steril poşet içinde paketlenmiş kullanılabilir olmalıdır
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Steril ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanıma tarihi teslim tarihi itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saldırı korumalı ve fakültemize ait IU kodları barkot ile etiketlenmiş olarak teslim edilmelidir.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon numarası bulunmalıdır.3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kılavuzu ve garanti kartı bulunmalıdır.4. Malzemelerin orijinal ambalajlarındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YERETİMELİĞİ ve SURETLİLİK (T.C Sağlık Bakanlığı)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Malzemenin imzalanmış teklif mektubuna ek olarak teslim edilmelidir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler teslimat tarihi itibaren en az 10 iş günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Malzemenin imzalanmış teklif mektubuna ek olarak teslim edilmelidir. Bakanlık tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Atilla YÜKSEL
Dip. Teşkil. No: 24137
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Nurgül Savaş
Siürlükoç

İMZA-KAŞE

Op. Dr. Hakan Sözen



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SARF MALZEME TİP HASTANESİ
SARTNAME FORMU



2. İhaleler ihale komisyonunda esnasında komisyona teslim edilmek üzere üzerlerine sarf listesi ile.
3. Tüketiciler firma ambalajları tebliğ edilen ürünü yenileri.
4. Firma mülakattın dolması etmelidir.

İhalelendirilmek üzere en az ...2.. adet numuneyi ihale ettirilir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilen şekilde dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında kullanılacak. Kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilirse ihaleci tarafından değiştirilecektir. İhaleci, ihale edilen malzeme kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt eder.

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Atilla YÜKSEL
Dip. Tescil No: 24137
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op Dr. Ayşe Savaş
Sivrikoz

İMZA-KAŞE

Op Dr. Hamdi Hakan
Şişon