



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>Large Needle Driver</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.</li><li>2. Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.</li><li>3. Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 30 derece arasında olmalıdır.</li><li>4. Çenelerin her birinin uzunluğu 0,9cm ile 1,1cm arasında olmalıdır.</li><li>5. Enstrümanın çalışma alanında bulunan maksimum toplam uzunluğu 31 cm ile 32 cm arasında olmalıdır.</li><li>6. Enstrüman 8mm olmalıdır.</li><li>7. Malzeme 10 ameliyatta kullanılabilir.</li><li>8. TİTUBB kaydı olmalıdır.</li></ol>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.</li></ol>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.</li><li>2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.</li></ol>
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.</li><li>4. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Deposuna veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE  
OP.D. Dr. T. C. Sağlık Bakanlığı  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Uroloji Anabilim Dalı  
İstanbul

Doc. Dr. Tzevat FERİK  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Uroloji Anabilim Dalı  
Çapa - İstanbul  
İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Uroloji Anabilim Dalı  
İstanbul



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>Monopolar Curved Scissors (Hot Shears)</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.</li><li>2- Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.</li><li>3- Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ila 38 derece arasında olmalıdır.</li><li>4- Çenelerin her birinin uzunluğu 1,2cm ila 1,4cm arasında olmalıdır.</li><li>5- Enstrümanın çalışma alanında bulunan maksimum toplam uzunluğu 30cm ile 33cm arasında olmalıdır.</li><li>6- Enstrüman 8mm olmalıdır.</li><li>7- Malzeme 10 ameliyatta kullanılabilir.</li><li>8- TITUBB kaydı olmalıdır.</li></ol>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.</li><li>2.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.</li></ol>
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.</li><li>4. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Deposuna veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Op.Dr. Tzevat TEFİK  
Dip. Tes. No: 702510  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  
Cıpa - İstanbul

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Tzevat TEFİK  
Dip. Tes. No: 702510  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  
Cıpa - İstanbul

İMZA-KAŞE

Op.Dr. Tzevat TEFİK  
Dip. Tes. No: 702510  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  
Cıpa - İstanbul



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>Tip Cover Accessory</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Malzeme Hastanemizde bulunan da Vinci S , da Vinci Si ve da Vinci Xi sistemi ile kullanılacak olan Monopolar makasa uyumlu olmalıdır.</li><li>2- Tip Cover' ın makas ucuna takılmasını kolaylaştırmak için etrafında bir koruyucu kılıf bulunmalıdır.</li><li>3- Koruyucu kılıf Tip Cover makasa takıldıktan sonra yana doğru açılarak makas ucundan ayrılabilmelidir.</li><li>4- Monopolar makasın bilek kısmından dokuya elektrik akımını engellemek üzere izolasyon yapabilme özelliğinde olmalıdır.</li><li>5- Makasın hareketlerini engellemeyecek esneklikte olmalıdır.</li><li>6- TİTUBB kaydı olmalıdır.</li></ol>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.</li></ol>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.</li><li>2.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.</li></ol>
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.</li><li>4. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Deposuna veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Op.Dr. Sait KURBAN  
Dip. Teş. No: 702510  
T.C. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Üroloji Anabilim Dalı  
Çapa - İstanbul

Doç. Dr. Zeynep YERİK  
Dip. Teş. No: 702510  
T.C. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Üroloji Anabilim Dalı  
Çapa - İstanbul

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. Zeynep YERİK  
İMZA-KAŞE



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>Prograsp Forceps</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.</li><li>2- Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.</li><li>3- Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 55 derece arasında olmalıdır.</li><li>4- Çenelerin her birinin uzunluğu 2,7cm ile 3,1cm arasında olmalıdır.</li><li>5- Enstrümanın çalışma alanında bulunan maksimum toplam uzunluğu 32cm ile 35cm arasında olmalıdır.</li><li>6- Enstrüman 8mm olmalıdır.</li><li>7- Malzeme 10 ameliyatta kullanılabilir.</li><li>8- TITUBB kaydı olmalıdır.</li></ol>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.</li></ol>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.</li><li>2.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.</li></ol>
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.</li><li>4. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Deposuna veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE  
Diyadinin  
T.C. İstanbul Üniversitesi  
Üretimi ve Satışları Dairesi Başkanlığı  
Etilim

Doc. Dr. Fzevat TEPEK  
Diyadinin No: 702510  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Üretimi ve Satışları Dairesi Başkanlığı  
Etilim - İstanbul  
İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE  
Diyadinin No: 702510  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Üretimi ve Satışları Dairesi Başkanlığı  
Etilim - İstanbul



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>5 - 8 mm Cannula Seal</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme Hastanemizde bulunan Da Vinci Xi sistemi ile kullanılacak olan robotik kanüller ile uyumlu olmalıdır.</li><li>2. 8 mm ve 5 mm robotik enstrümanlarla kullanıma uygun olmalıdır.</li><li>3. İnsüflasyon için karbondioksit kanalı bulunmalıdır.</li><li>4. TİTUBB kaydı olmalıdır.</li></ol>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.</li></ol>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.</li><li>2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.</li></ol>
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.</li><li>4. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Deposuna veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Op.Dr. Selim...  
Dip. Tes. No: 702540  
T.C. İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi  
Ortopedi Anabilim Dalı  
İstanbul

Doç. Dr. Tzevat TEPEK  
Dip. Tes. No: 702540  
T.C. İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi  
Ortopedi Anabilim Dalı  
İstanbul

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. Tayfun N. ÖLMEZ  
Dip. Tes. No: 81810  
Ortopedi Anabilim Dalı  
İstanbul



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>Maryland Bipolar Forceps</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.</li><li>2. Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.</li><li>3. Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 45 derece arasında olmalıdır.</li><li>4. Çenelerin her birinin uzunluğu 1,9cm ile 2,1cm arasında olmalıdır.</li><li>5. Enstrümanın çalışma alanında bulunan maksimum toplam uzunluğu 30 cm ile 33cm arasında olmalıdır.</li><li>6. Enstrüman 8mm olmalıdır.</li><li>7. Malzeme 10 ameliyatta kullanılabilir.</li><li>8. TITUBB kaydı olmalıdır.</li></ol>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.</li></ol>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.</li><li>2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.</li></ol>
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.</li><li>4. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Deposuna veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Op.Dr. ...  
T.C. İstanbul Üniversitesi  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Cerrahi Anabilim Dalı  
İstanbul

Doç. Dr. Tzevat TEFİK  
Dip. No: 702510  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Cerrahi Anabilim Dalı  
İstanbul

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE  
T.C. İstanbul Üniversitesi  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Cerrahi Anabilim Dalı  
İstanbul



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>Instrument Arm Drape</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ürün Hastanemizde mevcut olan da Vinci Xi robotik cerrahi sisteminin enstrüman kollarını örtmek ve bu sayede steril olan ameliyat sahasında kolların kullanımını sağlamak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.</li><li>2. Malzeme tekli paketler halinde steril ve cerrahi operasyon için kullanıma hazır olmalıdır.</li><li>3. Örtüler şeffaf naylondan üretilmiş olmalıdır.</li><li>4. Üzerlerine monte edilmiş plastik aparatlar sayesinde örtüler kollara tutturulabilmelidir.</li><li>5. Plastik aparatlar ameliyat esnasında kullanılan enstrümanlar ile robotik kolları birbirine bağlayan ve robotik kolların hareketlerini sınırlamayacak tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.</li><li>6. Örtünün üzerinde örtüyü kola tutturabilmek için aparatlar bulunmalıdır.</li><li>7. TITUBB kaydı olmalıdır.</li></ol>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li></ol>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.</li></ol>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.</li><li>2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.</li></ol>
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.</li></ol>
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.</li><li>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li><li>3. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.</li><li>4. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Deposuna veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Op.Dr. Selim ERDEM  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi

Doc. Dr. Zevat TEFIK  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Sarf Malzeme Dalı  
İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>Column Drape</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<p>1-Ürün Hastanemizde mevcut olan da Vinci XI robotik cerrahi sisteminin sütun kısmını örtmek için kullanılmalıdır.</p> <p>2-Malzeme tekli paketler halinde steril ve cerrahi operasyon için kullanıma hazır olmalıdır.</p> <p>3- Örtüler şeffaf naylondan üretilmiş olmalıdır.</p> <p>4-Örtü üzerinde sütuna oturmasını sağlayan özel aparata sahip olmalıdır.</p> <p>5-Örtünün üzerinde örtüyü kola sarmaya yardımcı özel bantlar olmalıdır.</p>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<p>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</p>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	<p>1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.</p>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<p>1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.</p> <p>2.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.</p>
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<p>1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.</p>
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<p>1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.</p> <p>2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</p> <p>3. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.</p> <p>4. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Deposuna veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.</p>

İMZA-KAŞE  
Op.Dr. Dr. T.C. İ.U. Ü. Tıp Fak. Cerrahi A.B.D. Plastik Cerrahi

Doç.Dr. Tzevat TEFİK  
Dip. Tes. No: 702510  
T.C. İstanbul Tıp Fakültesi  
Cerrahi Bilim Dalı  
Cerrahi - İstanbul  
İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE  
Op.Dr. Dr. T.C. İ.U. Ü. Tıp Fak. Cerrahi A.B.D. Plastik Cerrahi